

华瑞同康生物技术（深圳） 有限公司招标文件

文件编号：SSTK20250403-02

采购设备名称：研发设备采购 05

采购部办公室编制

2025 年 04 月 03 日

目录

第一部分 投标邀请函	2
第二部分 采购项目内容	3
第三部分 投标人须知	8

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商：

因公司发展需要，华瑞同康生物技术（深圳）有限公司购置软硬件设备将进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

一、文件编号：SSTK20250403-02

二、采购项目名称：研发设备采购 05

三、采购预算：

包号	产品名称	单位	数量	预算单价 (元)	预算金额 (元)	备注
01	蛋白纯化系统	套	1	469530	469530	1套1台
	洁净工作台	套	1	68000	68000	1套2台

四、拟参加投标的供应商应当在 2025 年 04 月 03 日起至 2023 年 04 月 11 日（上午 08:00-12:00，下午 14:30-17:30，法定节假日除外）以邮件形式把报名材料发送到 jim.li@sstkbiotech.com 邮箱，招标文件请自行在华瑞同康公司官网信息公开处下载附件。

五、投标截止时间：2025 年 04 月 11 日 16 时 00 分（北京时间）

六、投标文件送达地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-76 号银星智界二期 1 号楼 A301 采购部办公室。

采购人：华瑞同康生物技术（深圳）有限公司

联系人：巫先生

电话：0755-33640228

联系地址：银星智界二期 1 号楼 A301

邮编：518000

采购人：华瑞同康生物技术（深圳）有限公司

日期：2025 年 04 月 03 日



第二部分 采购项目内容

一、供应商资格

1、资格要求：投标人应为经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，并具有与本招标项目相应的供货能力。

2、提供制造商针对本项目出具的授权书（原件）或提供制造商出具给总代理商的长期代理证书（复印件）及总代理商出具的授权书（原件）（不接受二级以下授权，如果授权是二级的，必须提供上一级别的授权）。

3、提供售后服务承诺书（原件）

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2023 年 1 月至今任意 3 个月依法缴纳税收（提供缴纳增值税或企业所得税的凭据）和缴纳社会保障资金的证明（成立未满 3 个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

5、财务要求：投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态。具有良好财务状况，提供 2023 年或 2024 年的财务报表，包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表。（若 2024 年以后成立的，可提供已有财务报表）或投标截止时间前三个月开户银行出具的资金证明或资信证明。

6、信誉要求：投标人应信誉良好，当前未因不良行为记录被行政主管部门取消投标资格；近三年无重大违法记录提供相应承诺书；投标人在本项目投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，提供网页查询截图彩打页。

7、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各招标项目包进行分包或转包。

二、招标项目一览表

见投标邀请函

三、采购项目技术参数指标（规格、技术参数/方案、配置）要求：

01. 蛋白纯化系统

1. 系统泵：双柱塞输液泵，流速范围：0.01-100ml/min(单泵)；
0.01-200ml/min(双泵) 最大压力：1500psi 系统自带泵后冲洗设计，每个泵配一个除气阀 流速准确度：±1.2% 流量重复性：RSD <0.5%，梯度类型：线性、等度、阶梯梯度，可在线修改梯度比例；
2. 样品泵+样品阀：样品泵 流速范围：0.01-100ml/min(单泵) 最大压：1500psi 系统自带泵后冲洗设计 含内置气泡传感及八通道样品选择阀；
3. 三合一模块：多功能压力三通模块类；
4. 紫外检测器：同时检测 2 个波长，波长范围：200nm-400nm 波长精度：±1nm，波长重复性：±0.3nm 噪声：±1.6x10⁻⁴AU (1s)；基线漂移：1x10⁻³AU/Hr
5. 过滤器：peek 材质 在线溶液过滤 含过滤器+滤片；
6. Buffer-A 阀&B 阀：A 阀支持 8 个流动相自动选择，内置气泡传感器。B 阀支持 2 个流动相自动选择
7. 混合器：2ml 电动混合器，peek 材质；
8. 进样阀：自动进样阀 支持 ManualLoad、Inject、System Pump Waste、Sample Pump Direct、Sample Pump Load、Sample Pump Waste 模式；
9. 柱位阀：单阀五柱位，支持 Column1-Column5、Bypass，以及 Column1-Column5 反向冲洗功能；
10. UV 流通池：2.0mm 外置流通池设计，光源和流通池分开设计；
11. 电导率+温度模块：一体化设计，包括电导率和温度检测探头，流通池，控制板等 电导范围：0.01mS/cm—999.99mS/cm；温度检测范围：0 - 99C 温度检测器准确度：± 1C 在 4C - 50C 之间；
12. PH 检测器：PH 检测系统检测范围：0-14（有效使用范围 2-12）； pH 精度：±0.1 pH 单位，2.0mm 外置 UV 流通池，光源和流通池分开设计；
13. 柱压力模块：检测柱前柱后压力，检测范围：0-6000psi；检测精度：±2%；
14. 工作站：含工作站软件，内置 DOE、Scouting 功能等；
15. 配电脑主机及显示器，处理器 i5 以上，内存≥16G，储存大于等于 1T，固态硬盘尤佳；显示器大于 21 英寸
16. 组分收集器：自动收集组分，兼容 2ml、5ml、15ml、50ml 收集架、96 孔板，

收集体积 0.1-50ml;

17. 质保要求: ≥ 2 年

18. 售后要求: 48 小时内上门维修。

19. 其他要求: 性能稳定, 故障率低 (≤ 3 次/年); 国内上市 > 1 年, 装机台数 ≥ 15 台。

02. 洁净工作台

1. 空气洁净度: ISO 5 (Class 100);

2. 沉降菌浓度: $\leq 0.5\text{cfu}/\text{皿}/0.5\text{h}$ ($\phi 90\text{mm}$ 培养皿)

3. 风速: $0.26-0.38\text{m/s}$;

4. 噪声: $\leq 65\text{dB(A)}$;

5. 震动幅值: $\leq 5\ \mu\text{m}$;

6. 光照强度: $\geq 650\text{Lx}$;

7. 适配电源: 电压 $220\pm 22\text{V}$, 频率 $50\pm 1\text{Hz}$

8. 尺寸: 工作尺寸宽度约 1600mm , 外形尺寸高度 $< 1950\text{mm}$;

9. 紫外灯可预约启动、关闭;

10. LED 屏显示风速、时间、温度、过滤器寿命等, 具有风速、温度、过滤器寿命可视化声光预警和报警功能;

11. 具有照明、杀菌和移门系统安全互锁;

12. 移门倾斜角 5° 左右, 玻璃可防紫外线穿透, 方便长时间工作;

13. 支架与箱体可分离搬运。

四、采购项目商务要求

1、供货要求:

(1) 权利保证: 卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有, 未设有抵押权、租赁权, 未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权, 卖方应承担全部责任。

(2) 产品质量: ①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准; ②产品所有技术性能规格及参数, 应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未

使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与我司的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见投标邀请函。

4、报价要求：报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，各设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

5、交货时间和地点：按合同执行，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

6、保修期（含质保期）：产品质量保证期至少 5 年。

产品质量保证期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由卖方承担。产品质量保证外的保修期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费维修，免费更换零配件，所有费用由卖方承担。

7、验收要求：

按供货要求事项进行验收。

8、售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障服务。质保期从产品验收合格之日起计算。

（2）如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：2 小时以内，如需上门维修，工程师应在 48 小时内到现场维修并排除故障。

（3）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采

购方使用人员能独立正常操作使用为止。

11、违约责任

(1) 卖方不能交货的，买方不向卖方付款。卖方应向买方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

(2) 卖方所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，买方有权拒绝收货，由卖方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

(3) 卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向买方偿付每日千分之五的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

注：投标人必须满足上述商务条款要求，并对应承诺，如出现任何负偏离或不满足将作为无效投标处理。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

第三部分 投标人须知

一、说明

1、适用范围：本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：华瑞同康生物技术（深圳）有限公司。

3、合格的投标人是指符合以下条件的：

(1) 符合招标文件“供应商资格”规定要求；

(2) 按要求进行了资格预审并通过；

4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

5、合格的货物和服务：

“货物”需满足我司招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

6、无效报价的认定

(1) 报价文件没有有效签署的；

(2) 报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

(3) 报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

(4) 报价文件附有采购人不能接受的条件的；

(5) 评审小组认为本次报价不响应招标文件实质性要求的；

(6) 其它评审小组认为应作为无效报价的。

7、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

(1) 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

(2) 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

(3) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

(4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

8、投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

(1) 使用伪造、变造的许可证件；

- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为；
- (6) 投标文件或报价文件中的签名代签或冒签的；
- (7) 被授权人委托他人投标，无委托书的。

二、价格部分

报价单

序号	设备名称	型号和规格	单位	单价(元)	数量	总价(元)	制造商名称和国籍	交货期	是否为环保产品

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用,注意报价单位。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日